

**STANDARTIZĀCIJAS, AKREDITĀCIJAS UN METROLOGIJAS
CENTRS
METROLOGIJAS BIROJS**

Mērīšanas līdzekļa tipa apstiprinājuma
SERTIFIKĀTS
Nr. 792-3

Saskaņā ar 1997. gada 27. februāra likuma "Par mērijuvi vienotību" 9. pantu un MK 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.455 SERTIFIKĀTS apliecina, ka, pamatojoties uz mērīšanas līdzekļa tipa novērtēšanas atkārtotas pārskates rezultātiem, mērlīdzekļa

burdona caurules tipa manometrs 03312, 03312-S, 03313-S, 13312-S, 13313-S

mērīšanas līdzekļa nosaukums, tipa apzīmējums

precizitātes klase 1.6

PREMATLAK a.s., Slovākija


ražotājs

tips apstiprināts un iekļauts Latvijas Valsts mērīšanas līdzekļu reģistrā ar kārtas Nr. 789.

Pārskatītais sertifikāts Nr.792-2 izdots 2011. gada 28.martā.

Minēto mērīšanas līdzekļa tipu atļauts lietot Latvijas Republikā.

Piešķirtā tipa apstiprināšanas zīme:



Mērīšanas līdzekļa tipa apraksts dots pielikumā, kas sastāv no 4 lpp. Informācija pielikumā ir konfidenciāla saskaņā ar standartu LVS EN 17065 un ir ražotāja īpašums.

Sertifikāts derīgs līdz **2017 gada 12.martam.**

Metroloģijas biroja vadītājs:

J.Maurāns



Rīgā, 2014. gada 12.martā.

Sertifikātu aizliegts pavairot nepilnā apjomā bez SIA SAMC MB rakstiskas atļaujas.