

**STANDARTIZĀCIJAS, AKREDITĀCIJAS UN METROLOĢIJAS  
CENTRS  
METROLOĢIJAS BIROJS**

Mērīšanas līdzekļa tipa apstiprinājuma  
**SERTIFIKĀTS**  
**Nr.923**

Saskaņā ar 1997. gada 27. februāra likuma "Par mērījumu vienotību" 9. pantu un MK 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.455 SERTIFIKĀTS apliecina, ka, pamatojoties uz mērīšanas līdzekļa tipa novērtēšanas rezultātiem, mērlīdzekļa

**burdona caurules tipa manometrs**

mērīšanas līdzekļa nosaukums, tipa apzīmējums

**03 312 – AZ; 03 313 – AZ, precizitātes klase 1.6**


**PREMATLAK a.s., Slovākija**

ražotājs

tips apstiprināts un iekļauts Latvijas Valsts mērīšanas līdzekļu reģistrā ar kārtas Nr. 920.

Minēto mērīšanas līdzekļa tipu atļauts lietot Latvijas Republikā.

Piešķirtā tipa apstiprināšanas zīme:



Mērīšanas līdzekļa tipa apraksts dots pielikumā, kas sastāv no 4 lpp. Informācija pielikumā ir konfidenciāla saskaņā ar standartu LVS EN 45011 un ir ražotāja īpašums.

Sertifikāts derīgs līdz **2016.gada 02.decembrim**.

SIA SAMC MB vadītājs:

J.Maurāns



Rīgā, 2013.gada 02.decembrī.

Sertifikātu aizliegts pavairot nepilnā apjomā bez SIA SAMC MB rakstiskas atļaujas.